

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2009-80

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТЕКЛА ЭЛЕКТРОВАКУУМНОГО МАРКИ С95-3
Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений электровакуумного стекла марки С95-3 (ОСТ 11027.010-75) на аттестованные элементы.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1990

Описание СО:

СО изготовлен в виде галеток размером (34x20x13) мм и лома крупностью от мм 2 до 10 мм, расфасованных в полиэтиленовые банки по 50 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

НИИЭС

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	GeO	(0.157)	%		
01	BaO	(2.98)	%		

01	F	(0.76)	%		
01	TiO2	(0.42)	%		
01	SiO2	64.42	%	0.13	A
01	SrO	10.24	%	0.10	A
01	K2O	7.58	%	0.08	A
01	Na2O	7.27	%	0.12	A
01	Al2O3	3.47	%	0.08	A
01	CaO	2.24	%	0.08	A
01	Sb2O3	0.38	%	0.02	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.