

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2030-81

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СРЕДНЕ- И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ
ТИПА 37X12H8Г8МФБ, 4X5B2ФС, 13X14H3B2ФР, 12ХН2 серии 40С

Назначение СО:

СО предназначен для аттестации массовой доли серы в стандартных образцах состава средне- и высоколегированных сталей (ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5950-73, ГОСТ4543-71) в соответствии с ГОСТ 12345-80.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.04.1991

Описание СО:

материалом СО является средне- и высоколегированная сталь (ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5950-73, ГОСТ4543-71). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля серы, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------------------	-----

40С1	S	0.0046	%	0.0003	A
------	---	--------	---	--------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.