

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 05.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2032-81

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СРЕДНЕ- И ВЫСОКОЛЕГИРОВАННЫХ СТАЛЕЙ ТИПА 37X12H8Г8МФБ (40С1), 4Х5В2ФС (40С2), 13Х14Н3В2ФР (40С3), 12ХН2 (40С4) СЕРИИ 40С

**Назначение СО:**

СО предназначен для аттестации массовой доли серы в стандартных образцах состава средне- и высоколегированных сталей (ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5950-73, ГОСТ4543-71) в соответствии с ГОСТ 12345-80.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.04.1991

**Описание СО:**

материалом СО является средне- и высоколегированная сталь (ГОСТ 5632-72, ГОСТ 5950-73, ГОСТ4543-71). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 200 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля серы, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

				$\pm\Delta^*$	
40С3	S	0.0123	%	0.0004	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.