

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2074-81

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ
ОЛОВЯННОГО ПОКРЫТИЯ, комплект ППТ-1-0

Назначение СО:

СО предназначены для поверки, аттестации и градуировки радиоизотопных толщиномеров покрытий, выпускаемых по ГОСТ 22555-76, и метрологической аттестации отраслевых стандартных образцов и стандартных образцов предприятий.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.04.1991

Описание СО:

комплект включает 5 стандартных образцов и образец из меди марки М1 по ГОСТ 1173-77 без покрытия. Оловянное покрытие нанесено на основание из меди способом катодного восстановления по ГОСТ 9.047-75 на одну сторону основания по всей поверхности или в виде круга. Рабочая площадь - круг диаметром 5 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

поверхностная плотность покрытия, г/м²

Индекс	Аттестованная	Влияющие	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	----------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	величины	значение	величины	погрешности $\pm\Delta^*$	
01	Поверхностная плотность покрытия		25 - 250	г/м ²	0.5 - 5.0	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.