

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2129-81

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО УДЕЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ ПОТЕРЬ (СТАЛЬ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ХОЛОДНОКАТАНАЯ АНИЗОТРОПНАЯ) КОМПЛЕКТ СОТЭСЛ-1

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации и комплектной поверки листовых магнитоизмерительных установок типа ЭКМ, применяемых для измерений удельных магнитных потерь холоднокатаной анизотропной электротехнической стали.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1983

Описание СО:

комплект состоит из 5 листовых образцов с номинальными размерами: толщиной 0,35 мм, шириной 250 мм, длиной 580 мм. СО изготовлены из холоднокатаной анизотропной электротехнической стали марок 3404, 3405, 3413 по ГОСТ 21427.1-75.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИМСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
удельные магнитные потери, Вт/кг

Индекс	Аттестованная	Влияющие	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	----------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	величины	значение	величины	погрешности $\pm\delta^*$	
01	Удельные магнитные потери		1.0 - 1.8	Вт/кг	5	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.