

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2173-81

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА Р6М5 СЕРИИ 31С (31С2)

**Назначение СО:**

СО предназначен для аттестации стандартных образцов состава сталей, легированных вольфрамом (ГОСТ 19265-73), на массовую долю кобальта в соответствии с ГОСТ 12353-78.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.09.1991

**Описание СО:**

материалом СО является сталь, легированная вольфрамом (ГОСТ 19265-73). СО изготовлен в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки с герметичной крышкой по 300 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля кобальта, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	-----------------------------------	-----

31C2	Co	0.219	%	0.004	A
------	----	-------	---	-------	---

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* A - абсолютная, O - относительная.