

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2186-81/2188-81

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО УГЛА ВРАЩЕНИЯ ПЛОСКОСТИ ПОЛЯРИЗАЦИИ
(ВОДОЭТИЛЕНГЛИКОЛЕВЫЕ РАСТВОРЫ САХАРОЗЫ) комплект 1

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки и поверки поляриметров типа ПЭА.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1982

Описание СО:

комплект включает 3 образца СО представляют собой водноэтиленгликолевый раствор сахарозы различной концентрации, помещенный в стеклянные флаконы по 300 мл.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

УкрЦСМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 6 месяцев

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

угол вращения плоскости поляризации, градус S (в градусах международной сахарной шкалы)

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Угол		9.94	градус S	0.025	A
02	Угол		14.58	градус S	0.025	A
03	Угол		19.56	градус S	0.025	A

*** A - абсолютная, O - относительная.