

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2192-81

Количество СО в комплекте: 10

**Наименование СО:** СО КОЭРЦИТИВНОЙ СИЛЫ (СТАЛЬ), комплект СОКС-1  
**Назначение СО:**

СО предназначены для градуировки и поверки коэрцитиметров типа КИФМ-1.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.1991

**Описание СО:**

комплект состоит из 10 образцов, СО изготовлены из стали марки 10, 20, 35, 45, ШХ15СГ в форме параллелепипеда с размерами (58x35.0x8.0) мм.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

УЦСМ

ИФМ УНЦ АН СССР

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное повторяющимися партиями

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

коэрцитивная сила, А/м

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Коэрцитивная сила		100 - 5200	А/м	0.6 - 1.3	О

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.