

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2210-81

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ
(ЗОЛОТОЕ ПОКРЫТИЕ НА БРОНЗЕ) (комплект ППТ-ЗЛ-0,6)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки радиоизотопных толщиномеров покрытий, выпускаемых по ГОСТ 22555-76.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.2000

Описание СО:

комплект состоит из 4 СО и образца без покрытия. СО изготовлены в виде цилиндров диаметром 0,6 мм и 1,0 мм и высотой 20 мм из бронзы марки БрОЦ4-3 (ГОСТ 5017-74). Золотое покрытие нанесено на основание из бронзы марки способом катодного восстановления по ОСТ 11.054.238-78.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИМСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

поверхностная плотность покрытия, г/м²; толщина покрытия, мкм

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

					$\pm\delta^*$	
01	Поверхностная плотность покрытия		5 - 70	г/м ²	3.3 - 10.0	О
01	Толщина покрытия		0.3 - 3.5	мкм	3.3 - 10.0	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.