

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2214-81

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ И ТОЛЩИНЫ ПОКРЫТИЯ  
(ЗОЛОТОЕ ПОКРЫТИЕ НА ЛАТУНИ) (комплект ППТ-3Л-3,0)

**Назначение СО:**

СО предназначены для градуировки радиоизотопных толщиномеров покрытий, выпускаемых по ГОСТ 22555-76.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.09.2000

**Описание СО:**

комплект состоит из 4 стандартных образцов и образца без покрытия. СО изготовлены в виде цилиндров диаметром 3,0 мм, высотой 20 мм из латуни марки ЛС59-1 (ГОСТ 15527-70). Золотое покрытие нанесено на основание из латуни способом катодного восстановления по ОСТ 11.054.238-78.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ВНИИМСО

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное повторяющимися партиями

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

поверхностная плотность, г/м<sup>2</sup>; толщина покрытия, мкм

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	-------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

					$\pm\delta^*$	
ППТ-3Л-3,0	Поверхностная плотность покрытия		6 - 70	г/м <sup>2</sup>	3.0 - 10.0	О
ППТ-3Л-3,0	Толщина покрытия		0.3 - 3.5	мкм	3.0 - 10.0	О

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.