

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2248-86

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ПИРИТНОГО КОНЦЕНТРАТА

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава пиритного концентрата (ГОСТ 444-75).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.1988

**Описание СО:**

материалом СО является концентрат пиритный. СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в стеклянные банки по 200 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Республика Казахстан

**Изготовитель(и):**

Казахский РЦСМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 2 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля компонентов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Fe	45.24	%	0.17	A
01	Co	0.1224	%	0.0025	A
01	Pb	0.0191	%	0.0011	A

01	S	51.57	%	0.06	A
01	Ni	0.0628	%	0.0018	A
01	Cu	0.0286	%	0.0017	A
01	Mn	0.0092	%	0.0009	A
01	SiO2	1.11	%	0.08	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.