

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2297-82

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА РАСТВОРОВ МЕТАЛЛОВ (ГСОРМ-5)

**Назначение СО:**

СО предназначен для градуировки аналитических приборов (спектрофотометров, фотоколориметров, спектрографов), контроля правильности результатов анализа проб воздуха (аэрозоли, осадки) на аттестованный элемент эмиссионным спектральным, атомно-абсорбционным и спектрофотометрическим методами.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.03.1983

**Описание СО:**

материал СО представляет собой щелочной раствор, содержащий аттестованный элемент и расфасованный в ампулы из полиэтилена емкостью (1,5-2) см<sup>3</sup>.

**Страна изготовитель ГСО:** Украина

**Изготовитель(и):**

ФХИ АН УКРАИНЫ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 1 год

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая концентрация элемента, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	-----------------------------------------	-----

ГСОРМ-5	Si	1.00	мг/мл	0.01	A
---------	----	------	-------	------	---

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.