

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 21.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 236-72

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ (19-с)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали углеродистой марки 60 (ГОСТ 1050-60) в соответствии с ГОСТ 2331-63, ГОСТ 11655-65 - ГОСТ 11661-65, ГОСТ 12344-66 - ГОСТ 12365-66.

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.01.1982

**Описание СО:**

материалом СО является сталь углеродистая марки 60 (ГОСТ 1050-60). СО расфасован в склянки с плотно закрывающимися крышками.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВНИИСО

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
19-с	C	0.636	%	0.007	A
19-с	S	0.0056	%	0.0009	A

19-с	Р	0.015	%	0.001	А
------	---	-------	---	-------	---

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.