

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2382-82/2388-82

Количество СО в комплекте: 7

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ТИПА БСт0, 20, А20, 15Х (комплект УГ10-УГ16)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки и аттестации средств измерений при спектральном анализе сталей углеродистых и легированных по ГОСТ 380-71, ГОСТ 1050-74, ГОСТ 1414-75, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 19282-73.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1992

Описание СО:

комплект состоит из семи образцов. СО изготовлены в виде цилиндров диаметром 50 мм и высотой 30 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	S	0.0068	%	0.0004	A

02	S	0.0091	%	0.0005	A
03	S	0.033	%	0.001	A
04	S	0.019	%	0.001	A
05	S	0.050	%	0.001	A
06	S	0.138	%	0.002	A
01	P	0.0086	%	0.0004	A
02	P	0.042	%	0.001	A
03	P	0.0142	%	0.0006	A
04	P	0.0170	%	0.0006	A
07	P	0.058	%	0.001	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.