

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2385-86П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛЕЙ ТИПА 15Х, 20, БСт0 (УГ13А)

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки и аттестации спектральных установок при анализе углеродистых и легированных сталей (ГОСТ 380-71, ГОСТ 1050-74, ГОСТ 4543-71).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1996

Описание СО:

СО изготовлен в виде цилиндра диаметром 50 мм, высотой 30 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	C	(0.2)	%		
01	Si	(0.3)	%		
01	Mn	(0.1)	%		
01	Cr	(0.2)	%		

01	Ni	(0.2)	%		
01	Cu	(0.2)	%		
01	S	0.0315	%	0.0007	A
01	P	0.0252	%	0.0006	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.