

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2469-82/2470-82

Количество СО в комплекте: 2

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛЕЙ, НЕ ЛЕГИРОВАННЫХ ВОЛЬФРАМОМ И НИОБИЕМ ТИПОВ 08кп (5С7), 008ЖР (5С8), серия 5С

**Назначение СО:**

СО предназначен для аттестации стандартных образцов состава сталей, не легированных вольфрамом и ниобием (ГОСТ 1050-74, ГОСТ 803-66, ГОСТ 4543-71, ГОСТ 2246-70, ГОСТ 14959-79, ГОСТ 5632-72, ТУ 14-1-2033-77 "Железо чистое марок 005ЖР, 008ЖР", МЧМ СССР), на массовую долю кремния.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.12.1992

**Описание СО:**

материал СО представляет собой сталь. СО изготовлены в виде измельченной стружки, расфасованной в стеклянные банки по 125 г. и 250 г.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ИСО ЦНИИЧМ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая доля кремния, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Si	0.026	%	0.001	A
02	Si	0.0062	%	0.0004	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.