

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 21.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 248-72

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ (14-р)
Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали инструментальной марки У10А (ГОСТ 1435-54).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.05.1992

Описание СО:

материалом СО является сталь инструментальная марки У10А (ГОСТ 1435-54). СО расфасован в склянки с плотно закрывающимися крышками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание углерода, %

| Индекс СО | Аттестованная характеристика | Аттестованное значение | Единица величины | Границы погрешности $\pm\Delta^*$ | *** |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|
| 14-р | С | 1.04 | % | 0.01 | А |

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.