

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 250-80П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ ЛЕГИРОВАННОЙ ТИПА АС45Г2 (С13)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава сталей легированных (ГОСТ 1414-75) на аттестованные элементы в соответствии с ГОСТ 12344-78, ГОСТ 12346-78, ГОСТ 12347-77, ГОСТ 12348-78, ГОСТ 12350-78, ГОСТ 12352-66.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.10.1990

Описание СО:

материалом СО является сталь легированная (ГОСТ 1414-75). СО представляет собой стружку крупностью (0.2-0.6) мм, расфасован по 250 г в стеклянные банки с герметичной крышкой.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
С13	С	0.437	%	0.004	А

C13	Si	0.116	%	0.003	A
C13	Mn	1.50	%	0.01	A
C13	Cr	0.188	%	0.003	A
C13	Ni	0.345	%	0.004	A
C13	S	0.32	%	0.01	A
C13	P	0.021	%	0.001	A
C13	Pb	0.165	%	0.004	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.