

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 19.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 26-70

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА МОЛИБДЕНА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава металлического молибдена, молибденового ангидрида и молибдата аммония.

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.04.1991

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде смеси, синтезированной из окислов элементов и разбавителя.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВНИИ твердых сплавов

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** расчетно-экспериментальный, межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** не ограничен

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Hf	4.98	%	0.01	A
01	Nb	4.99	%	0.01	A
01	Ta	5.00	%	0.01	A

01	Zr	4.98	%	0.01	A
01	Ti	4.99	%	0.01	A
01	W	4.99	%	0.01	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.