

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 22.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2707-87/2712-87П

Количество СО в комплекте: 6

Наименование СО: СО КОНЦЕНТРАЦИИ ЭЛЕМЕНТА (комплект МС1-П)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации и поверки рентгенорадиометрических анализаторов (ГОСТ 22462-77).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1992

Описание СО:

СО изготавливаются введением свинца в фенолформальдегидную смолу и представляет собой твердые растворы или конгломераты свинца в полимере. СО изготовлены в виде таблеток диаметром 50 мм и толщиной 10 мм. Комплект состоит из шести образцов.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):

ИН-Т ФИЗИКИ АН ГРУЗИИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля свинца, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	С	(76.54)	%		

02	С	(76.25)	%		
03	С	(75.92)	%		
04	С	(73.63)	%		
05	С	(70.03)	%		
06	С	(63.60)	%		
01	Н	(6.43)	%		
02	Н	(6.40)	%		
03	Н	(6.38)	%		
04	Н	(6.18)	%		
05	Н	(5.88)	%		
06	Н	(5.43)	%		
01	О	(16.99)	%		
02	О	(16.93)	%		
03	О	(16.86)	%		
04	О	(16.35)	%		
05	О	(15.55)	%		
06	О	(14.12)	%		
01	Рб	0.0403	%	0.0007	А
02	Рб	0.423	%	0.010	А
03	Рб	0.850	%	0.015	А
04	Рб	3.84	%	0.12	А
05	Рб	8.54	%	0.24	А
06	Рб	16.9	%	0.5	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.