

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 21.02.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 272-72

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА СТАЛИ ХРОМОВАНАДИЕВОЙ (124-е)

**Назначение СО:**

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали хромованадиевой марки 50ХФА (ГОСТ 2052-53).

**Номер свидетельства (сертификата):**

Действителен до: 01.07.1992

**Описание СО:**

материалом СО является сталь хромованадиевая марки 50ХФА (ГОСТ 2052-53). СО расфасован в склянки с плотно закрывающимися крышками.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВНИИСО

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** межлабораторный эксперимент

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	C	0.493	%	0.006	A
01	Mn	0.578	%	0.004	A
01	Si	0.248	%	0.005	A

01	P	0.018	%	0.001	A
01	S	0.009	%	0.001	A
01	Cr	1.00	%	0.01	A
01	Ni	0.150	%	0.004	A
01	Cu	0.192	%	0.001	A
01	V	0.141	%	0.005	A

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.