

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 21.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 274-72

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА СТАЛИ УГЛЕРОДИСТОЙ (350)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава стали углеродистой марки 50 (ГОСТ 1050-60).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.07.1992

Описание СО:

материалом СО является сталь углеродистая марки 50 (ГОСТ 1050-60). СО расфасован в склянки с плотно закрывающимися крышками.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Mn	0.627	%	0.003	A
01	Si	0.267	%	0.003	A
01	P	0.013	%	0.0004	A

01	S	0.018	%	0.001	A
01	Cr	0.123	%	0.002	A
01	Ni	0.175	%	0.002	A
01	Cu	0.120	%	0.004	A
01	Ti	0.001	%	0.0002	A
01	C	0.511	%	0.008	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.