

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.03.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 275-77/278-77

Количество СО в комплекте: 4

Наименование СО: СО СОСТАВА ЧУГУНА ПЕРЕДЕЛЬНОГО (78д)

Назначение СО:

СО предназначены для спектрального анализа чугуна пердедельного по ГОСТ 805-69.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1996

Описание СО:

материалом СО является чугун пердедельный по ГОСТ 805-69. СО изготовлены в виде усеченного конуса диаметром верхнего основания 38 мм, нижнего 42 мм. Комплект включает 4 СО, упакованных поэкземплярно.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
02	C	(3.72)	%		
01	Mn	2.45	%	0.02	A
02	Mn	1.45	%	0.01	A

03	Mn	0.80	%	0.01	A
04	Mn	0.39	%	0.01	A
01	Si	1.65	%	0.01	A
02	Si	0.92	%	0.01	A
03	Si	0.64	%	0.01	A
04	Si	0.32	%	0.01	A
01	P	0.372	%	0.004	A
02	P	0.174	%	0.003	A
03	P	0.082	%	0.002	A
04	P	0.052	%	0.001	A
01	S	0.030	%	0.002	A
02	S	0.038	%	0.002	A
03	S	0.068	%	0.002	A
04	S	0.088	%	0.002	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.