

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 21.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 282-72/286-72

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО СОСТАВА ПЕРЕДЕЛЬНЫХ ЧУГУНОВ (комплект 18-д)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки спектральной аппаратуры и контроля точности результатов измерений состава пердеельных чугунов (ГОСТ 805-69).

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.06.1992

Описание СО:

материалом СО является пердеельный чугун (ГОСТ 805-69). Комплект включает 5 СО, упакованных поэкземплярно.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИСО

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	C	(3.67)	%		
02	C	(3.75)	%		
03	C	(3.75)	%		

04	C	(3.83)	%		
05	C	(3.75)	%		
01	Mn	1.95	%	0.02	A
02	Mn	0.965	%	0.005	A
03	Mn	0.666	%	0.008	A
04	Mn	0.294	%	0.006	A
05	Mn	0.142	%	0.002	A
01	Si	1.93	%	0.01	A
02	Si	1.49	%	0.01	A
03	Si	0.712	%	0.013	A
04	Si	0.426	%	0.010	A
05	Si	0.254	%	0.005	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.