

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 25.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2876-84

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО АМПЛИТУДНОГО РАЗРЕШЕНИЯ СЦИНТИЛЛЯЦИОННОГО БЛОКА ДЕТЕКТИРОВАНИЯ ИОНИЗИРУЮЩЕГО ИЗЛУЧЕНИЯ

Назначение СО:

СО предназначен для поверки установок для определения параметров сцинтилляционных детекторов в соответствии с ГОСТ 17038.1-79.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1994

Описание СО:

СО представляет собой монокристалл NaJ (Tl) цилиндрической формы диаметром от 25 мм до 150 мм, высотой от 25 мм до 100 мм, оптически сопряженный и упакованный в одном корпусе с фотоэлектронным умножителем (ТУ 6-09-26-179-74 "Сцинтиблоки лабораторного назначения").

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

НПО "Монокристаллреактив"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

амплитудное разрешение, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	-------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

					$\pm\delta^*$	
01	Амплитудное разрешение		7.0 - 12.0	%	2	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.