

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 28.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2909-89П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ЧУГУНА ТИПА П2 (Ч8А)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава чугунов (ГОСТ 805-80, ГОСТ 4832-80).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1999

Описание СО:

материалом СО является чугун (ГОСТ 805-80, ГОСТ 4832-80). СО изготовлен в виде гранулированного порошка, расфасованного в стеклянные банки с герметичной крышкой по 250 г.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ИСО ЦНИИЧМ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

| Индекс СО | Аттестованная характеристика | Аттестованное значение | Единица величины | Границы погрешности $\pm\Delta^*$ | *** |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|
| 01 | C | 3.19 | % | 0.01 | A |
| 01 | S | 0.0143 | % | 0.0004 | A |

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.