

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 25.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2911-84

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА П-КСИЛОЛА

**Назначение СО:**

СО предназначен для градуировки и поверки хроматографической аппаратуры универсального назначения в соответствии с МИ-133-77 "Методика по нормированию метрологических характеристик, градуировке, поверке хроматографических приборов универсального назначения и оценке точности результатов хроматографических измерений".

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.2000

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде жидкости, расфасованной в стеклянные ампулы по 5 см<sup>3</sup>.

**Страна изготовитель ГСО:** Украина

**Изготовитель(и):**

НПО "Монокристаллреактив"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

молярная доля п-ксилола, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	п-ксилол	99.700	%	0.06	A
----	----------	--------	---	------	---

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.