

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 21.02.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 292-72

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА КОНЦЕНТРАТА МЕДНО-ЦИНКОВОЙ РУДЫ
(ДМЦК-1)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений состава концентрата медно-цинковой руды химическими, физико-химическими и физическими методами (при использовании аналитической навески не менее 1 г.)

Номер свидетельства (сертификата):

Действителен до: 01.12.1974

Описание СО:

материалом СО является концентрат медно-цинковой руды. СО упакован по 200 г в полиэтиленовую посуду с плотно закручивающейся крышкой с прокладкой.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):

Тбилисский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 2 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

содержание элементов, %

| Индекс СО | Аттестованная характеристика | Аттестованное значение | Единица величины | Границы погрешности $\pm\Delta^*$ | *** |
|-----------|------------------------------|------------------------|------------------|-----------------------------------|-----|
| ДМЦК-1 | Cu | 20.7 | % | 0.1 | A |

| | | | | | |
|--------|----|------|---|------|---|
| ДМЦК-1 | Zn | 7.02 | % | 0.09 | A |
|--------|----|------|---|------|---|

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.