

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 25.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2928-84/2933-84

Количество СО в комплекте: 6

Наименование СО: СО МАССОВОЙ ДОЛИ ЭЛЕМЕНТА (ЗОЛОТО) (КОМПЛЕКТ МЗМ)

Назначение СО:

СО предназначены для аттестации, поверки и градуировки рентгенорадиометрических анализаторов (ГОСТ 22462-77).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1989

Описание СО:

комплект включает 6 образцов. СО изготовлены в виде цилиндров диаметром 50 мм, высотой 40 мм из полимерного материала с наполнителем.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):

ИН-Т ФИЗИКИ АН ГРУЗИИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля золота, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Au	0.0585	%	0.0009	A

02	Au	0.117	%	0.002	A
03	Au	0.263	%	0.004	A
04	Au	0.571	%	0.009	A
05	Au	1.348	%	0.021	A
06	Au	3.424	%	0.053	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.