

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 05.06.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 2992-82

Количество СО в комплекте: 10

**Наименование СО:** НАБОР СО РАСТВОРА РАДИОНУКЛИДА ТРИТИЯ В  
ТОЛУОЛОВОМ СЦИНТИЛЛЯТОРЕ С ГАШЕНИЕМ (СОРРТТ)

**Назначение СО:**  
сведения отсутствуют

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.01.1983

**Описание СО:**

в набор входят 10 СО, каждый из которых объемом 10,0 мл и отличающихся различной степенью гашения за счет добавки различных количеств четыреххлористого углерода.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**  
ВНИИФТРИ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**  
активность радионуклида в источнике, Бк

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Активность		1.0E4	Бк	3	О

	радионуклида в источнике					
--	-----------------------------	--	--	--	--	--

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.