

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 05.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2993-82

Количество СО в комплекте: 10

Наименование СО: НАБОР СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ РАСТВОРА
РАДИОНУКЛИДА УГЛЕРОДА-14 В ТОЛУОЛОВОМ СЦИНТИЛЛЯТОРЕ С
ГАШЕНИЕМ (СОРРУТ)

Назначение СО:
сведения отсутствуют

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.01.1983

Описание СО:

в набор входят 10 СО, каждый из которых объемом 10,0 мл и отличающихся различной степенью гашения за счет добавки различных количеств четыреххлористого углерода.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИФТРИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
активность радионуклида в источнике, Бк

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Активность радионуклида в источнике		1.0E4	Бк	3	О
----	-------------------------------------	--	-------	----	---	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.