

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 29.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 2994-82

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СМЕСИ КРИПТОНА-85 С ТЕХНИЧЕСКИМ КРИПТОНОМ (СОРК)

Назначение СО:
сведения отсутствуют

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1983

Описание СО:

СО изготовлен в виде газовой смеси (ГОСТ 10218-77), находящейся в стальном баллоне емкостью 0.4 дм³ под давлением.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИФТРИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
объемная активность нуклида, Бк/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Объемная активность		100	Бк/см ³	5	О

	нуклида					
--	---------	--	--	--	--	--

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.