

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 25.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3082-84/3086-84

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ ЦИНКА (комплект 3)

Назначение СО:

СО предназначены для поверки, аттестации и градуировки отечественных и импортных полярграфов любых типов, а также для контроля правильности полярграфических определений ионов цинка (II).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1994

Описание СО:

комплект состоит из 5 СО. СО изготовлены на основе водных растворов сульфата цинка квалификации "хч" по ГОСТ 4174-77 и калия сернокислого, квалификации "хч" по ГОСТ 4145-74. СО расфасованы в стеклянные ампулы по 20 мл.

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):

НПО "ИСАРИ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная концентрация ионов цинка, ммоль/л

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

				$\pm\delta^*$	
3-1	Zn	1.00	ммоль/л	1	О
3-2	Zn	5.02E-1	ммоль/л	1	О
3-3	Zn	1.00E-1	ммоль/л	1	О
3-4	Zn	4.97E-2	ммоль/л	1	О
3-5	Zn	1.02E-2	ммоль/л	1	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.