

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 30.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 3246-85/3256-85

Количество СО в комплекте: 11

**Наименование СО:** СО СОСТАВА РАСТВОРА БОРНОГО АНГИДРИДА (комплект СОРБА)

**Назначение СО:**

СО предназначены для градуировки и поверки измерителей концентрации борного ангидрида НИБ ДГЛ2.809.004.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.05.1995

**Описание СО:**

комплект включает 11 образцов. СО изготовлены в виде водного раствора моноэтаноламинбората, помещенного в металлические контейнеры диаметром 160 мм и 220 мм и высотой 300 мм.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия, Украина

**Изготовитель(и):**

ОКБА "МИНЕРАЛ"  
ХАРЬКОВСКИЙ ИПИ

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное повторяющимися партиями

**Способ установления аттестованного значения:** расчетно-экспериментальный

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

массовая концентрация борного ангидрида, кг/м<sup>3</sup>

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

СОРБА-1	В2О3	0.70 - 1.30	кг/м3	0.40	О
СОРБА-2,5	В2О3	2.00 - 3.00	кг/м3	0.40	О
СОРБА-6	В2О3	5.00 - 8.00	кг/м3	0.40	О
СОРБА-10	В2О3	9.00 - 11.00	кг/м3	0.40	О
СОРБА-16	В2О3	14.00 - 18.00	кг/м3	0.40	О
СОРБА-25	В2О3	22.00 - 28.00	кг/м3	0.40	О
СОРБА-40	В2О3	37.00 - 43.00	кг/м3	0.40	О
СОРБА-60	В2О3	57.00 - 63.00	кг/м3	0.40	О
СОРБА-100	В2О3	95.00 - 105.00	кг/м3	0.40	О
СОРБА-160	В2О3	155.00 - 165.00	кг/м3	0.40	О
СОРБА-220	В2О3	210.00 - 230.00	кг/м3	0.40	О

\* при доверительной вероятности 0,95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.