

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 30.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3261-85

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА АЛЮМИНИЯ ТИПА А99 (1) И СПЛАВА АЛЮМИНИЕВОГО ТИПА АМГ6 (2,3)

Назначение СО:

СО предназначен для контроля точности результатов измерений водорода в алюминии и алюминиевых сплавах (ОСТ 90073-85, ОСТ 190299-81, ОСТ 190262-81 и другие).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.2000

Описание СО:

СО изготовлен в виде стержней диаметром (10-12) мм и длиной 250 мм.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВИЛС

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля водорода, см³/100 г

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
	H2	0.11	см ³ /100г	0.01	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.