

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 30.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 3280-85

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОБСТВЕННОГО ФОНА СЦИНТИЛЛЯЦИОННЫХ  
ДЕТЕКТОРОВ НА ОСНОВЕ ПЛАСТМАСС (ПОЛИСТИРОЛ)

**Назначение СО:**

СО предназначен для аттестации низкофоновых установок (защит), а также для измерения методом сравнения собственного фона детекторов на основе пластмасс.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.09.1995

**Описание СО:**

СО представляет собой цилиндр из полистирола диаметром и высотой от 40 мм до 200 мм.

**Страна изготовитель ГСО:** Украина

**Изготовитель(и):**

НПО "Монокристаллреактив"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

собственный фон сцинтилляционного детектора, имп/с

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Собственный фон		0.1 - 1.0	имп/с	0 - 20	О

	блока детектирования					
--	-------------------------	--	--	--	--	--

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.