

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 30.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3306-85

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ДИХЛОРМЕТАНА

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки и поверки хроматографической аппаратуры универсального назначения в соответствии с МИ 137-77 "Методика по нормированию метрологических характеристик, градуировке, поверке хроматографических приборов универсального назначения и оценке точности результатов хроматографических измерений".

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.2000

Описание СО:

СО изготовлен в виде жидкости, расфасованной в стеклянные ампулы по 5 см³.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

НПО "Монокристаллреактив"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное непрерывное

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 3 года

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная доля дихлорметана, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Дихлорметан	99.70 - 100	%	0 - 0.06	А
----	-------------	-------------	---	----------	---

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.