

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 30.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 3307-85

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА МЕЗИТИЛЕНА

**Назначение СО:**

СО предназначен для градуировки и поверки хроматографической аппаратуры универсального назначения в соответствии с МИ 137-77 "Методика по нормированию метрологических характеристик, градуировке, поверке хроматографических приборов универсального назначения и оценке точности результатов хроматографических измерений".

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.2000

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде жидкости, расфасованной в стеклянные ампулы по 5 см<sup>3</sup>.

**Страна изготовитель ГСО:** Украина

**Изготовитель(и):**

НПО "Монокристаллреактив"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное непрерывное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 5 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

молярная доля мезитилена, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Мезитилен	99.60 - 100	%	0 - 0.08	А
----	-----------	-------------	---	----------	---

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.