

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 30.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 3308-85

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ХЛОРБЕНЗОЛА

**Назначение СО:**

СО предназначен для градуировки и поверки хроматографической аппаратуры универсального назначения в соответствии с МИ 137-77 "Методика по нормированию метрологических характеристик, градуировке, поверке хроматографических приборов универсального назначения и оценке точности результатов хроматографических измерений".

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.12.2000

**Описание СО:**

СО изготовлен в виде жидкости, расфасованной в стеклянные ампулы по 5 см<sup>3</sup>.

**Страна изготовитель ГСО:** Украина

**Изготовитель(и):**

НПО "Монокристаллреактив"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное непрерывное

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 3 года

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

молярная доля хлорбензола, %

| Индекс<br>СО | Аттестованная<br>характеристика | Аттестованное<br>значение | Единица<br>величины | Границы<br>погрешности<br>$\pm\Delta^*$ | *** |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---|-----|
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---|-----|

|    |            |             |   |          |   |
|----|------------|-------------|---|----------|---|
| 01 | Хлорбензол | 99.70 - 100 | % | 0 - 0.06 | А |
|----|------------|-------------|---|----------|---|

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.