

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 30.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3343-85

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО 4 РАЗРЯДА ТЕПЛОТЫ ГИДРАТАЦИИ ЦЕМЕНТА
(КЛИНКЕРНЫЙ ЦЕМЕНТ)

Назначение СО:

СО предназначен для комплексной поверки рабочих средств измерений теплоты гидратации цемента (МИ 852-85 "ГСИ. Методические указания. Средства измерений теплоты гидратации цемента. Методика поверки").

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.1995

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка, расфасованного в полиэтиленовые пакеты. Масса навески экземпляра СО от 10 г до 100 г в зависимости от типа поверяемого калориметра.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):
ВНИИФТРИ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

удельная тепловая мощность, Вт/г, удельная тепловая энергия, Дж/г

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Влияющие величины	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
--------------	---------------------------------	----------------------	---------------------------	---------------------	---	-----

01	Удельная тепловая мощность	время гидратации от 8 ч до 20 ч	1.5E-3 - 1E-2	Вт/г	4E-4	А
01	Удельная тепловая энергия	время гидратации 24 ч	100 - 500	Дж/г	12	А

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.