

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**

(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 30.04.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 3345-85

Количество СО в комплекте: 1

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ЭТАНА

**Назначение СО:**

СО предназначен для поверки и градуировки газохроматографической аппаратуры, приготовления поверочных газовых смесей и аттестации методик выполнения хроматографических измерений.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.09.1995

**Описание СО:**

СО представляет собой газ, помещенный в баллон емкостью 100 мл.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

ВНИИУС

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное непрерывное

**Способ установления аттестованного значения:** использование государственных эталонов единиц величин

**Срок годности экземпляра СО:** 1 год

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

молярная доля основного вещества, %

| Индекс<br>СО | Аттестованная<br>характеристика | Аттестованное<br>значение | Единица<br>величины | Границы<br>погрешности<br>$\pm\delta^*$ | *** |
|--------------|---------------------------------|---------------------------|---------------------|---|-----|
| 01           | C2H6                            | 99.95 - 100               | %                   | 0.01                                    | О   |

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.