

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 30.04.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3348-85

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ИЗОБУТАНА

Назначение СО:

СО предназначен для поверки и градуировки газохроматографической аппаратуры, приготовления поверочных газовых смесей и аттестации методик выполнения хроматографических измерений.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.09.1995

Описание СО:

СО представляет собой газ, помещенный в баллон емкостью 100 мл.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

ВНИИУС

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное непрерывное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

молярная доля основного вещества, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Изобутан	99.95 - 100	%	0.01	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.