

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 04.06.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3396-90П

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА РАСТВОРА ИОНОВ СЕРЕБРА (ГСОРМ-12)

Назначение СО:

СО предназначен для градуировки аналитических приборов (спектрофотометров, фотоколориметров, спектрографов) и контроля правильности результатов анализа гидрогеологических проб атомно-абсорбционным, спектральным, спектрофотометрическими методами.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.12.2000

Описание СО:

СО изготовлен в виде раствора нитрата серебра в азотной кислоте, расфасованного в светозащитные ампулы из темного стекла по 4 см³.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):

СКТБ с ОП ФХИ АН УКРАИНЫ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное непрерывное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая концентрация ионов серебра, мг/см³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Ag - ион	1.00	мг/см ³	< 1.00	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.