

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3426-86

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО 1 РАЗРЯДА ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ НИКЕЛЕВОГО ПОКРЫТИЯ НА СТАЛИ (комплект ППТ-1-Н/СТ)

Назначение СО:

СО предназначены для поверки и аттестации образцовых средств измерений 2-го разряда и высокоточных рабочих средств измерений методом прямых измерений или с помощью компаратора (ГОСТ 8.537-85).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1996

Описание СО:

комплект включает 5 образцов. СО изготовлены в виде квадратных пластин со стороной 25 мм и толщиной (0,1 - 0,3) мм из стали. Рабочая площадь СО расположена в центре и представляет собой круг диаметром 20 мм. Никелевое покрытие нанесено на основание методом вакуумного осаждения.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

поверхностная плотность никелевого покрытия , г/м²

| | | | | | | |
|--------|---------------|----------|---------------|---------|---------|-----|
| Индекс | Аттестованная | Влияющие | Аттестованное | Единица | Границы | *** |
|--------|---------------|----------|---------------|---------|---------|-----|

| СО | характеристика | величины | значение | величины | погрешности $\pm\delta^*$ | |
|----|--|----------|----------|------------------|------------------------------|---|
| 01 | Поверхностная плотность покрытия | | 6 - 70 | г/м ² | 0 - 3 | О |

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.