

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 3427-86

Количество СО в комплекте: 5

**Наименование СО:** СО 1 РАЗРЯДА ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ ТИТАНОВОГО ПОКРЫТИЯ НА СТАЛИ (комплект ППТ-1-Т/СТ)

**Назначение СО:**

СО предназначены для поверки и аттестации образцовых средств измерений 2-го разряда и высокоточных рабочих средств измерений методом прямых измерений или с помощью компаратора (ГОСТ 8.537-85).

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

Действителен до: 01.03.1996

**Описание СО:**

комплект включает 5 образцов. СО изготовлены в виде квадратных пластин со стороной 25 мм и толщиной (0,1 - 0,3) мм из стали. Рабочая площадь СО расположена в центре и представляет собой круг диаметром 20 мм. Титановое покрытие нанесено на основание методом вакуумного осаждения.

**Страна изготовитель ГСО:** Россия

**Изготовитель(и):**

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** единичное

**Способ установления аттестованного значения:** использование государственных эталонов единиц величин

**Срок годности экземпляра СО:** 10 лет

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**

поверхностная плотность титанового покрытия, г/м<sup>2</sup>

Индекс	Аттестованная	Влияющие	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	----------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	величины	значение	величины	погрешности $\pm\delta^*$	
01	Поверхностная плотность покрытия		6 - 40	г/м <sup>2</sup>	0 - 3	О

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.