

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3429-86

Количество СО в комплекте: 5

Наименование СО: СО 1 РАЗРЯДА ПОВЕРХНОСТНОЙ ПЛОТНОСТИ
АЛЮМИНИЕВОГО ПОКРЫТИЯ НА СТАЛИ (комплект ППТ-1-А/СТ)

Назначение СО:

СО предназначены для поверки и аттестации образцовых средств измерений 2-го разряда и высокоточных рабочих средств измерений методом прямых измерений или с помощью компаратора (ГОСТ 8.537-85).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.1996

Описание СО:

комплект включает 5 образцов. СО изготовлены в виде квадратных пластин со стороной 25 мм и толщиной (0,1 - 0,3) мм из стали. Рабочая площадь СО расположена в центре и представляет собой круг диаметром 20 мм. Алюминиевое покрытие нанесено на основание методом вакуумного осаждения.

Страна изготовитель ГСО: Россия

Изготовитель(и):

Свердловский ф-л ВНИИМ им.Д.И.Менделеева

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: использование государственных эталонов единиц величин

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

поверхностная плотность алюминиевого покрытия, г/м²

Индекс	Аттестованная	Влияющие	Аттестованное	Единица	Границы	***
--------	---------------	----------	---------------	---------	---------	-----

СО	характеристика	величины	значение	величины	погрешности $\pm\delta^*$	
01	Поверхностная плотность покрытия		6 - 30	г/м ²	0 - 3	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.