

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3464-86/3466-86

Количество СО в комплекте: 3

Наименование СО: СО СОСТАВА ЛАТУНЕЙ ТИПА ЛС-ЛОС (комплект Д 22Б)
Назначение СО:

СО предназначены для градуировки спектральной аппаратуры при анализе латуней марок ЛОС (ГОСТ 1020-77) и ЛЦ25С (ГОСТ 17711-93).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.03.2003

Описание СО:

комплект включает 3 образца. СО изготовлены в виде цилиндров диаметром 40 мм и высотой 25 мм.

Страна изготовитель ГСО: Украина

Изготовитель(и):
ВНИИПВТОРЦВЕТМЕТ

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: межлабораторный эксперимент

Срок годности экземпляра СО: 10 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля элементов, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\Delta^*$	***
01	Pb	0.89	%	0.04	A
02	Pb	1.84	%	0.06	A
03	Pb	3.12	%	0.10	A

01	Sn	0.44	%	0.02	A
02	Sn	1.64	%	0.05	A
03	Sn	1.06	%	0.03	A
01	Al	0.067	%	0.003	A
02	Al	0.25	%	0.01	A
03	Al	0.48	%	0.01	A
01	Si	0.17	%	0.01	A
02	Si	0.71	%	0.02	A
03	Si	0.46	%	0.01	A
01	Mn	0.52	%	0.02	A
02	Mn	0.39	%	0.02	A
03	Mn	0.11	%	0.01	A
01	Fe	0.15	%	0.01	A
02	Fe	0.40	%	0.01	A
03	Fe	0.63	%	0.01	A
01	Ni	0.10	%	0.01	A
02	Ni	1.14	%	0.05	A
03	Ni	0.42	%	0.02	A
01	Sb	0.022	%	0.002	A
02	Sb	0.050	%	0.002	A
03	Sb	0.11	%	0.006	A
02	P	0.029	%	0.001	A
03	P	0.056	%	0.001	A
01	Cu	73.94	%	0.07	A
02	Cu	60.58	%	0.12	A
03	Cu	68.14	%	0.08	A

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.