

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3532-86

Количество СО в комплекте: 1

Наименование СО: СО СОСТАВА ТИОСУЛЬФАТА НАТРИЯ

Назначение СО:

СО предназначен для поверки газоаналитических установок ГАУ-2 (ТУ 6-835П1.550.008ТУ).

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.10.1991

Описание СО:

СО изготовлен в виде порошка тиосульфата натрия (СТ СЭВ 223-75), расфасованного в стеклянные банки по 100 г.

Страна изготовитель ГСО: Республика Узбекистан

Изготовитель(и):

ЧИРЧИК.ОКБА НПО "ХИМАВТОМАТИКА"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): единичное

Способ установления аттестованного значения: расчетно-экспериментальный

Срок годности экземпляра СО: 5 лет

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:

массовая доля основного вещества, %

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности $\pm\delta^*$	***
01	Na ₂ S ₂ O ₃	99.3	%	1.5	0

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.