

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

Номер ГСО по Госреестру СО: ГСО 3535-86/3536-86

Количество СО в комплекте: 2

Наименование СО: СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ НАТРИЯ (комплект N 12)

Назначение СО:

СО предназначены для градуировки, поверки и аттестации пламенно-фотометрических и спектрофотометрических приборов, а также для контроля правильности результатов анализа водных растворов, содержащих ионы натрия.

Номер свидетельства (сертификата): 0

Действителен до: 01.06.1996

Описание СО:

комплект СО, изготовленных в виде растворов и расфасованных в стеклянные ампулы по 20 см³ поставляется потребителю: две ампулы с концентрацией ионов натрия 40 мг/дм³ и три ампулы с концентрацией - 20 мг/дм³

Страна изготовитель ГСО: Грузия

Изготовитель(и):
НПО "ИСАРИ"

Страна-импортер:

Организация-импортер:

Форма выпуска (ввоза): серийное повторяющимися партиями

Способ установления аттестованного значения: применение аттестованных методик измерений

Срок годности экземпляра СО: 1 год

НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование аттестуемой характеристики:
массовая концентрация ионов натрия, мг/дм³

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
--------------	---------------------------------	---------------------------	---------------------	------------------------	-----

				$\pm\delta^*$	
01	Na - ион	20 - 40	мг/дм ³	1.3	О

* при доверительной вероятности 0.95

*** А - абсолютная, О - относительная.