

**ВЫПИСКА ИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕЕСТРА УТВЕРЖДЕННЫХ ТИПОВ  
СТАНДАРТНЫХ ОБРАЗЦОВ**  
(на ГСО, для которого Описание типа не предусмотрено)

Дата: 14.05.2019 г.

**Номер ГСО по Госреестру СО:** ГСО 3537-86/3538-86

Количество СО в комплекте: 2

**Наименование СО:** СО СОСТАВА ВОДНЫХ РАСТВОРОВ ИОНОВ КАЛИЯ (комплект N 13)

**Назначение СО:**

СО предназначены для градуировки, поверки и аттестации пламенно-фотометрических и спектрофотометрических приборов, а также для контроля правильности результатов анализа водных растворов, содержания ионов калия.

**Номер свидетельства (сертификата):** 0

**Действителен до:** 01.06.1996

**Описание СО:**

комплект СО, изготовленных в виде растворов и расфасованных в стеклянные ампулы по 20 см<sup>3</sup> поставляется потребителю: две ампулы с концентрацией ионов калия 40 мг/дм<sup>3</sup> и три ампулы с концентрацией - 20 мг/дм<sup>3</sup>

**Страна изготовитель ГСО:** Грузия

**Изготовитель(и):**  
НПО "ИСАРИ"

**Страна-импортер:**

**Организация-импортер:**

**Форма выпуска (ввоза):** серийное повторяющимися партиями

**Способ установления аттестованного значения:** применение аттестованных методик измерений

**Срок годности экземпляра СО:** 1 год

**НОРМИРОВАННЫЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

**Наименование аттестуемой характеристики:**  
массовая концентрация ионов калия, мг/дм<sup>3</sup>

Индекс СО	Аттестованная характеристика	Аттестованное значение	Единица величины	Границы погрешности	***
-----------	------------------------------	------------------------	------------------	---------------------	-----

				$\pm\delta^*$	
01	К - ион	20 - 40	мг/дм <sup>3</sup>	1.3	О

\* при доверительной вероятности 0.95

\*\*\* А - абсолютная, О - относительная.